废水在线设备数据异常公示

2022 年 1 月 4 日 22 时到 1 月 5 日 12 时，我公司污水站在线设备 PH 数据异常升高，污水站人员发现异常情况后立即通知了在线设备运维单位，运维人员现场检查发现 PH 电极头破损，导致 PH 数据异常，更换 PH 电极头后，恢复设备，数据正常。我公司同时将此情况已报送给合肥市经济技术开发区生态环境分局，特此公示。

安徽合力股份有限公司

2022 年 1 月 5 日

扫描全能王 创建